

日付	JIS番号：発効年 規格名称	件名	問合せ内容	回答
2019.10.25	JIS T 9201:2016 手動車椅子	JIST9201における フットサポート部へ のローラーの設置に ついて	JIS認証を取得している事業所（認証取得者）から、手動車椅子のフットサポートにローラーを設置し段差等の障害物を乗り越える機能を追加する製品の開発を考えていると問合せを受けた。 JIST9201ではこのような仕様は特に規定はないが、現行のJIS認証範囲として問題ないか。 また、認証可能とした場合、寸法の要求事項である「フットサポート高」はローラーそのものは含めない判断でよいか。	お問い合わせの製品は、現行のJIS認証の範囲である。 フットサポート高には、フットサポートに設置されたローラーそのものは含めない。